



**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**Ao Ilm<sup>o</sup>. Sr.**  
**ANDRÉ DA SILVA ALMEIDA**  
**PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**

**SEGUE ESCLARECIMENTO AS RESPOSTAS ABAIXO SOLICITADOS**

Considerando o bem maior a saúde da população beneficiada com a disponibilização dos testes, além da economicidade para a Administração, vimos por meio deste solicitar os devidos esclarecimentos:

**1. Necessária entrega do mesmo quantitativo de lancetas, junto com os testes?**

*R- Sim.*

**2. Necessário registro definitivo na ANVISA com vencimento superior a 5 anos**

*R- Sim, é necessário o registro da ANVISA, mesmo que seu vencimento não seja superior a 5 anos.*

**3. O prazo de validade exigido deve ser alterado em razão de tratar-se de produto novo no mercado, o qual possui validade média de 06 meses e ainda, é para uso imediato, não sendo necessária validade superior ao período de 12 meses.**

*R- Os produtos devem seguir as recomendações da ANVISA e ter Validade mínima de 12 a contar do atesto da nota fiscal.*

**4. Podemos considerar sensibilidade e especificidade acima de 90% para IGG e IGM?**

*R- Podemos Considerar a sensibilidade a cima 86,4%*

Presidente Tancredo Neves, 17 de Julho de 2020.

**Gilson Barreto de Jesus**

Diretor de gestão e controle da Saúde  
portaria 002/2018  
(73)981750716

[secretariacompras12@gmail.com](mailto:secretariacompras12@gmail.com)